

類別：機械器具(12)理学診療用器具
 高度管理医療機器 一般名称：痙攣療法用脳向け電気刺激装置
 特定保守管理医療機器 販売名：サイマトロン

添付文書 新旧対照表

改訂箇所	旧（第10版）	新（第11版）
警告	<p>〈使用方法〉</p> <p>1. 本装置の操作者は、適宜応用や取扱いが出来る十分な教育、知識を有する医師(厚生労働省医薬局審査管理課長医薬審発第0613001号平成14年6月13日通達された「パルス波治療器の適正使用について」に基づき、日本精神神経学会、日本生物学的精神医学会、日本総合病院精神医学会で行われるECTトレーニングセミナーの受講者)となっております。</p>	<p>〈使用方法〉</p> <p>1. 本装置の操作者は、適宜応用や取扱いが出来る十分な教育、知識を有する医師((厚生労働省医薬局審査管理課長医薬審発第0613001号平成14年6月13日通達された「パルス波治療器の適正使用について」に基づき、日本精神神経学会、日本生物学的精神医学会、日本総合病院精神医学会、日本精神科救急医学会、日本精神科病院協会が実施するECTトレーニングセミナーの受講者)となっております。</p>